

Raccordement SI.

Équipement		Norme	Caractéristiques et/ou Étendue	Meilleure incertitude*	Type/Prestation
Couplemètre		MO	jusqu'à 500 N.m	0,21 + 1.10-4C	SI Labo
Outils dynamométriques		NF EN ISO 6789	jusqu'à 1500 N.m	0,7%	SI Site et/ou Labo
Visseuse à couple dynamométrique fixe ou variable		MÉTHODE INTERNE	1 palier - répétabilité 3 fois entre 1 et 150 N.m	0,7%	SI Site et/ou Labo