




Raccordement SI.

| Équipement | | Norme | Caractéristiques et/ou Étendue | Meilleure incertitude* | Type/Prestation |
|---------------------|---|-----------|--------------------------------|---|-----------------------|
| Manomètre |  | NF EN 837 | 2500 bars | 2500 bars 0.024 à 0.47b Variable selon la gamme | SI Site et/ou Labo |
| Vacuomètre |  | NF EN 837 | 2500 bars | 2500 bars 0.024 à 0.47b Variable selon la gamme | SI Site et/ou Labo |
| Capteur de pression |  | NF EN 837 | 2500 bars | 2500 bars 0.024 à 0.47b Variable selon la gamme | SI Site et/ou Labo |